※※2017年４月改訂（第６版：新記載要領に基づく改訂）
※2010年10月改訂

承認番号 21300BZY00521000

高度管理医療機器、特定保守管理医療機器
機械器具(24)知覚検査又は運動機能検査用器具
神経探知刺激装置、JMDNコード：35723003

「TOFウォッチ®SX」の付属品

表面温度センサー

MSD

【形状・構造及び原理等】

本品は、メインケーブル(兼用)接続用のコードを備えている。なお、本品は加速度トランスデューサとともにメインケーブル(兼用)に接続して使用され、全体としてメインケーブル(兼用)(加速度トランスデューサ、表面温度センサー、表面電極用刺激電流コード付き)と称される。

図　表面温度センサーの外観

原材料
表面温度センサー本体部：ステンレス鋼及び熱可塑性プラスチック・ポリエステルエラストマー
コード部：熱可塑性プラスチック・ポリエステルエラストマー、銅
コネクタ部：熱可塑性プラスチック・ポリエステルエラストマー、ポリオキシメチレン

【使用方法等】

１．準備

（１）表面電極用刺激電流コードのクリップを、手首(手のひら側)の尺骨神経の位置に貼り付けた表面電極に接続する。
（２）加速度トランスデューサを拇指の平らな面に取りつける。
（３）表面温度センサーを患者皮膚の適切な位置に取りつける。
（４）表面電極用刺激電流コード、加速度トランスデューサ、表面温度センサーをメインケーブル(兼用)に接続し、これをTOFウォッチSXに接続する。

２．操作方法

（１）電源ボタンを１秒以上押して電源を入れる。
（２）表示画面の電池表示で電池が充分であることを確認する。
（３）刺激の設定及び刺激に対する反応(収縮)による筋弛緩薬の効果の評価については、TOFウォッチSXの添付文書又は取扱説明書をご参照ください。

【使用上の注意】

※※１．一般的注意事項

（１）機器を使用する前に、次の点に注意すること。
表面温度センサーのコードの接続が正確かつ安全であること。

２．機器特有の注意事項

表面温度センサーのコードは、摩損や裂け目がないか、使用前に確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管に際しては、次の点に注意すること。

付属品、コード等は、清浄にした後、整理して保管すること。

※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
ＭＳＤ株式会社
東京都千代田区九段北1-13-12
フリーダイヤル 0120-024-961

外国製造業者
オルガノン アイルランド リミテッド（アイルランド）
Organon Ireland Limited

TOFウォッチSXの取扱説明書を必ずご参照ください